



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ**

Серия Е

№ 001716



**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о признании утверждения типа  
средств измерительной техники**

№ UA-MI/Зр-1140-2008

Выдано 4 февраля 2008 г.

Настоящее свидетельство, выданное ЗАО "Геолинк Консалтинг", Российская Федерация, удостоверяет, что на основании "Соглашения о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений", подписанного 6 октября 1992 г. Госстандартом Украины, признаны результаты государственных испытаний и утверждения типа "Расходомеры электромагнитные СИМАГ 11", проведенных Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации.

Расходомеры электромагнитные СИМАГ 11 на основании решения Научно-технической комиссии по метрологии Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики зарегистрированы в Государственном реестре средств измерительной техники под номером 33607-06.

Расходомеры электромагнитные СИМАГ 11 после ремонта и при эксплуатации подлежат поверке или калибровке в зависимости от области применения.

Межповерочный интервал, установленный при признании утверждения типа расходомеров, не более:

- трех лет (при измерении объемного расхода и объема чистой, питьевой, технической и горячей воды в системах водопотребления, а также теплоносителя в системах отопления);
- двух лет (при измерении объемного расхода и объема сточных вод в системах водоотведения и канализации, а также слабоагрессивных жидкостей);
- одного года (при измерении объемного расхода и объема сильноагрессивных жидкостей и пульпы).

Рекомендуемый межкалибровочный интервал – 3 года, 2 года и 1 год соответственно.

*Заместитель Председателя*



*С.Т. Черенков*